ACCU-CHEK® Guide

Roche

HR

POČNITE OVDJE

VODIČ ZA POČETNIKE

Kako biste pronašli aplikacije za upravljanje dijabetesom koje su kompatibilne s Vašim aparatom, posjetite stranicu www.accu-chek.com.

ACCU-CHEK®

⚠ UPOZORENJE

Rizik od ozljeda opasnih po život
Držite nove i upotrijebljene baterije izvan dohvata djece. Pročitajte Upute za uporabu za dodatne informacije.

Rizik od nastanka ozbiljnog incidenta opasnog po zdravlje
Vodič za početnike nije zamjena za upute za uporabu aparata za mjerenje glukoze u krvi Accu-Chek Guide. Upute za uporabu sadrže važne informacije o rukovanju aparatom i dodatne informacije.

Rizik od infekcije
Prilikom vađenja kapljice krvi, lancetar i kapica mogu doći u kontakt s krvlju. Lancetar je namijenjen samo za osobnu uporabu.

NAPOMENA

- Uvijek pri ruci imajte rezervni komplet baterija.
- Trajanje baterije može se razlikovati ovisno o čimbenicima kao što su temperatura i proizvođač baterije.

Pregled

1. Zaslon
2. Stražnja tipka
3. Tipke sa strelicama prema gore i dolje
4. Tipka Uključivanje/Postavljanje/OK
5. Otvor za test traku sa svjetlom
6. Poklopac odjeljka za baterije
7. Micro USB utičnica
8. Izbacivač test traka

Postavljanje jezika i formata vremena

1

Uključite aparat kratkim pritiskom na. Pojavljuje se **Language** (jezik). Pritisnite ili kako bi označili željeni jezik. Pritisnite.

2

Pojavljuje se **Oblik vremena**. Pritisnite ili kako bi označili **12 sati** (am/pm) ili **24 sata**. Pritisnite kako bi postavili opciju i vratili se u **Glavni izbornik**.

Postavljanje lancetara

1

Upoznajte lancetar Accu-Chek Softclix.

2

Skinite kapicu s lancetara tako što ćete ju povući ravno prema gore. Kapicu na lancetaru nemojte zakretati.

3

Umetnite lancetu u lancetar dok ne sjedne na mjesto.

4

Skinite zaštitnu kapicu s lancete.

5

Stavite kapicu natrag na lancetar. Zarez na kapici mora biti poravnan sa zarezom na lancetaru.

6

Postavite ugodnu dubinu uboda na lancetaru. Počnite s dubinom 2. Za debelu kožu, rotirajte prema većem broju.

7

Pritisnite tipku za zapinjanje do kraja, kao kemijsku olovku. Ne pritiščite tipku za okidanje dok pritiščete tipku za zapinjanje.

8

Kada je lancetar spreman za rad, tipka za okidanje će poštujteti. Odložite lancetar u stranu dok ne budete spremni ubosti prst.

Izvođenje mjerenja glukoze u krvi

1

Operite i osušite ruke prije mjerenja glukoze u krvi.

2

Provjerite rok valjanosti na kutiji test traka. Ne koristite test trake kojima je istekao rok valjanosti.

3

Izvadite test traku iz kutije. Čvrsto zatvorite kapicu.

4

Umetnite metalni kraj test trake u aparat za mjerenje glukoze u krvi.

Test

Aparat se uključuje. Pojavljuje se **Priprema za testiranje**.

5

Snažno pritisnite lancetar na bočnoj strani jagodice prsta i pritisnite žutu tipku za okidanje kako biste ubosli prst.

6

Dotaknite kapljicu krvi **žutim rubom** test trake. Nemojte stavljati kapljicu krvi na vrh test trake.

7

Uklonite prst s test trake kad se pojavi **Analiziranje**.

Rezultat mjerenja pojavit će se na zaslonu za manje od 4 sekundi.

Prije završetka...

Skinite kapicu lancetara. Uismjerite lancetu od sebe. Izvucite potisni klip kako biste okinuli lancetu.

POSLJEDNJA IZMJENA: 2021-07

Roche Diabetes Care GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim, Germany
www.accu-chek.com

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK GUIDE i SOFTCLIX su zaštićeni znakovi tvrtke Roche.

© 2021 Roche Diabetes Care

083311380 61A-0821
083311380 61(01)-0821

CE 0123

This file may not print or view at 100%.
Die lines and color breaks do not print.

Roche USA – 83980
V4/1 – 083311380 61A
083311380 61(01) – Black

Roche USA – 83980
V4/2 – 083311380 61A
083311380 61(01) – Cyan

Roche USA – 83980
V4/3 – 083311380 61A
083311380 61(01) – Magenta

Roche USA – 83980
V4/4 – 083311380 61A
083311380 61(01) – Yellow

PMS-QUICK START GUIDE

Approved according to SHR_SOP-9.3.7.02_Ast A — **Category 2**

The Signature will not be primed

LAN	horrixm - Aug 12, 2021
IPM	archibaj - Sep 20, 2021
PM/LAB	sovacoce - Aug 30, 2021
GD/LAV	apsleyl - Oct 04, 2021

ACCU-CHEK Guide

roche

RU

НАЧНИТЕ ЗДЕСЬ

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ

Найти приложения для управления диабетом, совместимые с вашим глюкометром, вы можете на сайте www.accu-chek.com.

ACCU-CHEK

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Риск получения опасных для жизни травм
Хранить новые и использованные батарейки в местах, недоступных для детей. Дополнительную информацию см. в руководстве пользователя.

Риск серьезного вреда для здоровья
Данная краткая инструкция не является заменой руководства пользователя для глюкометра Accu-Chek Guide (Акку-Чек Гид). Руководство пользователя содержит важную информацию по обращению с глюкометром и дополнительные сведения.

Инфекционный риск
Во время получения капли крови устройство для прокалывания кожи и насадка могут соприкасаться с кровью. Устройство для прокалывания кожи предназначено только для индивидуального использования.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Всегда имейте в наличии комплект запасных батареек.
- Срок службы батареек может варьироваться в зависимости от таких факторов, как температура и производитель батареек.

Обзор

1. Дисплей
2. Кнопка Назад
3. Кнопки Вверх/вниз
4. Кнопка Питание/настройка/ОК
5. Направляющая с подсветкой для тест-полоски
6. Крышка отсека для батареек
7. Порт Micro USB
8. Механизм выброса тест-полоски

Настройка языка и формата времени

1

Включите глюкометр быстрым нажатием на кнопку. Появится меню **Language** (язык). Нажимайте или , чтобы выделить желаемый язык. Нажмите .

2

Появится меню **Формат врем.** С помощью кнопок и выделите **12-часовой** (am/pm) или **24-часовой** формат времени. Нажмите , чтобы подтвердить выбор и вернуться в **Главное меню**.

Подготовка устройства для прокалывания кожи

1

Ознакомьтесь с конструкцией устройства для прокалывания кожи Акку-Чек Софткликс.

2

Снимите насадку устройства для прокалывания кожи, потянув за нее. Не вращайте насадку.

3

Вставьте ланцет в устройство для прокалывания кожи до щелчка.

4

Открутите защитную насадку ланцета.

5

Оденьте насадку на устройство для прокалывания кожи. Убедитесь в том, что выемка на насадке совпадает с выемкой на устройстве для прокалывания кожи.

6

Настройте глубину прокола ланцета на комфортный уровень. Начните со 2-го уровня. Для толстой кожи установите большее значение.

7

До конца нажмите кнопку взведения (как на пишущей ручке). Не нажимайте на кнопку спуска при нажатой кнопке взведения.

8

Когда устройство для прокалывания кожи будет готово, кнопка спуска станет желтой. Отложите устройство для прокалывания кожи до того момента, когда вы будете готовы выполнить прокол пальца.

Выполнение измерения уровня глюкозы крови

1

Перед измерением уровня глюкозы крови вымойте и высушите руки.

2

Проверьте срок годности, указанный на тубусе с тест-полосками. Не используйте тест-полоски с истекшим сроком годности.

3

Извлеките тест-полоску из тубуса с тест-полосками. Плотно закройте крышку тубуса.

4

Вставьте металлический конец тест-полоски в глюкометр.

Глюкометр включится. Появится надпись **Подготовка к измерению...**

5

Плотно прижмите устройство для прокалывания кожи к боковой стороне кончика пальца и нажмите желтую кнопку спуска, чтобы сделать прокол.

6

Прикоснитесь **желтым краем** тест-полоски к капле крови. Не наносите кровь на верхнюю часть тест-полоски.

7

Уберите палец, когда появится надпись **Выполняется измерение...**

В течение 4 секунд результат измерения появится на дисплее.

Завершение измерения

Снимите насадку устройства для прокалывания кожи. Направьте ланцет от себя. Выдвиньте механизм выброса вперед, чтобы удалить ланцет.

ПОСЛЕДНЯЯ РЕДАКЦИЯ: 2021-07

Roche Diabetes Care GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim, Germany
www.accu-chek.com

CE 0123

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK GUIDE, SOFTCLIX, АККУ-ЧЕК и СОФТКЛИКС – товарные знаки фирмы Roche.

© 2021 Roche Diabetes Care

083311380 61A-0821
083311380 61(01)-0821

K9980_083311380 61A_083311380 61_01.indd 2 6/11/2021 11:35:37 AM